

1 Conexión BNC para pH.  
*Connessione BNC per pH.*  
Connexion BNC pour pH.  
*BNC connection for pH.*

2 Cable fijo (estándar 1 m).  
*Cavo fisso (standard 1 m).*  
Câble fixe (standard 1 m).  
*Fixed cable (standard 1 m).*

3 Orificio de relleno de electrolito.  
*Orifizio di riempimento per l'elettrolita.*  
Orifice de remplissage de l'électrolyte.  
*Electrolyte filling port.*

4 Electrolito de referencia.  
*Elettrolita di riferimento.*  
Électrolyte de référence.  
*Reference electrolyte.*

5 Protector de almacenamiento con Crisolyt.  
*Protettore per la conservazione con Crisolyt.*  
Protecteur de stockage avec Crisolyt.  
*Storage protector with Crisolyt.*

6 Elemento de referencia.  
*Elemento di riferimento.*  
Élément de référence.  
*Reference element.*

7 Diafragmas cerámicos.  
*Diaframmi ceramici.*  
Diaphragmes en céramique.  
*Ceramic diaphragms.*

8 Membrana sensible.  
*Membrana sensibile.*  
Membrane sensible.  
*Sensitive membrane.*

# Electrodo de pH 50 14

## Introducción

El **50 14** es un electrodo de pH de altas prestaciones. Mejora las características de electrodos similares gracias a la calidad de su membrana, su excelente sistema de referencia y sus dos diafragmas.

## Preparación del electrodo

Extraer desenroscándolo el protector de almacenamiento ⑤.

**Eliminar las burbujas de aire del interior de la membrana ⑧. Se eliminan sacudiendo el electrodo como un termómetro clínico.**

Quitar el tapón del orificio de relleno ③.

## Calibración

⚠ *Consulte el manual de su pH-metro.*

## Medición. Recomendaciones

- Tanto la calibración como la medición, deben realizarse con una ligera agitación de la muestra, la misma en ambos casos.
- La muestra debe cubrir los diafragmas ⑦.
- Tras una medición, lavar inmediatamente el electrodo. Secarlo con un papel suave, sólo por contacto, sin frotar.
- Entre medidas mantener la membrana sumergida en una disolución acuosa. El protector de almacenamiento, con un poco de electrolito, es lo más adecuado.

⚠ *No dejar el electrodo en agua destilada.*

## Mantenimiento

- Mantener el nivel de electrolito lo más alto posible ④.
- Mantener limpia la superficie de la membrana ⑧. No frotarla y protegerla de golpes y rozaduras.
- Cuando los electrodos se ensucian, el simple lavado con agua destilada puede ser insuficiente. La disolución de limpieza más adecuada es la que actúa de modo más selectivo sobre la suciedad (consultar disoluciones regeneradoras CRISON).
- **Rehidratación.** Un electrodo "seco" se recupera sumergiéndolo en la disolución limpia-electrodos CRISON, código 96 00 o en HCl diluido durante unas horas. Aconsejamos leer la información que acompaña cada disolución regeneradora de electrodos.

## Que hacer cuando...

... el pH-metro siempre marca el mismo valor.

Cortocircuito en el electrodo o cable.

*Sustituir el electrodo.*

... la lectura es inestable.

Presencia de burbujas de aire en la membrana.

*Sacudir el electrodo como un termómetro.*

... es imposible efectuar una calibración.

... la respuesta del electrodo es muy lenta.

Suciedad en el diafragma y/o membrana.

Membrana deshidratada.

Electrodo envejecido por el uso.

*Limpiar, regenerar o sustituir el electrodo.*

## Almacenamiento

Colocar al electrodo el protector de almacenamiento ⑤ con Crisolyt (KCl 3M).


Tapar el orificio de relleno ③.

### Duración

La "esperanza de vida" media de un electrodo de pH es de un año. Este tiempo puede variar en función de las condiciones de trabajo. Un electrodo utilizado más de seis meses que no responde adecuadamente después de haber realizado el tratamiento adecuado, debe ser reemplazado por uno nuevo.

**⚠** Si la duración del electrodo es inferior a 3 meses, consúltenos. Posiblemente existan modelos más adecuados a su aplicación.

### Especificaciones

Escala de pH	0... 14
Temperatura trabajo	-10... 100 °C
Elemento referencia	cartridge con barrera Ag <sup>+</sup>
Diafragma	2 cerámicos
Electrolito	CRISOLYT
Material cuerpo	vidrio
Inmersión mínima	18 mm 

### Aplicaciones

Medida en medios acuosos en general.  
Soluciones con sulfuros.  
Muestras con materias reductoras.  
Muestras con pH superior a 12.

### Limitaciones

Disoluciones viscosas o con partículas coloidales.  
Agua destilada.

### Garantía

El plazo de validez es de 6 meses a partir de la fecha de expedición del electrodo.

La **garantía cubre** los posibles defectos de fabricación.

La **garantía no cubre**:

- Los daños causados por accidente.
- La utilización en aplicaciones inadecuadas.
- El uso incorrecto del electrodo.
- El desgaste normal por el uso.

### CERTIFICADO DE CALIDAD



El electrodo 50 14 adjunto ha superado el test de calidad cumpliendo con las siguientes especificaciones:

- Potencial de asimetría <  $\pm 15$  mV.
- Sensibilidad, pH 4...7 (a 25 °C) > 98%.
- Tiempo de respuesta, pH 4...7 < 20 s.

# Elettrodo di pH 50 14

## Introduzione

Il **50 14** è un elettrodo di pH di altissime prestazioni. Migliora le caratteristiche degli elettrodi simili per la qualità della sua membrana, il suo eccellente sistema di riferimento ed i suoi due diaframmi.

## Preparazione dell'elettrodo

Estrarre, svitando, il protettore di immagazzinamento ⑤

**Eliminare le bolle di aria presenti all'interno della membrana ⑧. Si eliminano scuotendo l'elettrodo come un termometro clinico.**

Estrarre il tappo di riempimento dell'elettrolita ③.

## Calibrazione

⚠ *Attenersi al manuale del pH-metro.*

## Misura. Raccomandazioni

- Tanto la calibrazione quanto la misura, devono realizzarsi con una leggera agitazione del campione, la stessa nei due casi.
- Misurando, i diaframmi ⑦ deve rimanere immerso nella soluzione.
- Dopo la misura, lavare immediatamente l'elettrodo con acqua, asciugare il vetro con una carta soffice per contatto e senza strofinare.
- Prima di misurare mantenere la membrana sommersa in una soluzione acquosa. Il protettore con un po' di elettrolita è la soluzione ideale.

⚠ *Non deve mai rimanere immerso in acqua distillata.*

## Manutenzione

- Aggiungere l'elettrolita periodicamente. Tenere il livello più alto possibile ④.
- Mantenere pulita la superficie della membrana ⑧. Evitare strofinamenti o urti.
- Quando gli elettrodi si sporcano, spesso il semplice lavaggio con acqua distillata è insufficiente. La soluzione di pulizia più indicata è quella che agisce nel modo più selettivo sul deposito formato (consultare soluzioni rigeneratrici CRISON).
- **Re idratazione.** Il buon funzionamento dell'elettrodo si riottiene immergendo la membrana per circa 1 ora nella soluzione pulisci-elettrodi CRISON, codice 96 00 o in HCl diluito. Consigliamo di leggere le informazioni allegate ad ogni soluzione rigeneratrice di elettrodi.

## Cosa fare quando...

... il pHmetro segna sempre lo stesso valore.

Corto circuito nell'elettrodo o cavo.

*Sostituire l'elettrodo.*

... lettura instabile.

Presenza di bolle d'aria nella membrana.

*Agitare l'elettrodo come un termometro.*

... è impossibile effettuare la calibrazione.

... la risposta dell'elettrodo è lenta.

Sporcizia nel diaframma o membrana.

Membrana disidratata.

Elettrodo invecchiato dall'uso.

*Pulire, rigenerare o sostituire l'elettrodo.*

## Immagazzinamento

Mettere l'elettrodo dentro il suo protettore ⑤ con Crisolyt (KCl 3M).

L'orificio di riempimento deve restare chiuso ③.


## Durata

La "speranza di vita" media di un elettrodo pH è di un anno. Questo tempo può variare in funzione delle condizioni di lavoro.

Un elettrodo utilizzato per più di 6 mesi, che non risponde adeguatamente anche dopo avere eseguito i trattamenti adeguato, deve essere sostituito con uno nuovo.

**⚠** Se la durata dell'elettrodo è inferiore a 3 mesi, consultateci. Probabilmente esistono elettrodi più indicati per le vostre applicazioni.

## Specifiche

Scala di pH	0... 14
Temp. di lavoro	-10... 100 °C
Elemento riferimento	cartridge con barriera agli ioni Ag <sup>+</sup>
Diaframma	2 ceramici
Elettrolita	CRISOLYT
Materiale corpo	vetro
Immersione minima	18 mm 

## Applicazioni

Misure di soluzioni acquose in generale.

Soluzioni con solfuri.

Campioni contenenti sostanze riducenti.

Campioni con pH superiore a 12.

## Limiti

Soluzioni viscosi o in ambienti con particolari colloidali.

Acqua distillata.

## Garanzia

CRISON garantisce gli elettrodi di pH unicamente contro difetti di produzione.

Decorrenza: 6 mesi a partire dalla data di spedizione.

Limitazioni:

- Danni causati da incidenti.
- Applicazioni inadeguate o utilizzi non previsti dalle loro specifiche.
- Inosservanza delle raccomandazioni descritte nel presente manuale.
- Guasto dovuto al normale utilizzo.



## CERTIFICATO DI QUALITÀ

L'elettrodo 50 14 allegato ha superato il controllo di qualità in quanto risponde alle seguenti specifiche:

- Potenziale di asimmetria < ± 15 mV.
- Sensibilità, pH 4...7 (a 25 °C) > 98%.
- Tempo di risposta, pH 4...7 < 20 s.

# Électrode de pH 50 14

## Introduction

La **50 14** c'est une électrode de pH d'hautes prestations. Les caractéristiques d'électrodes similaires sont améliorées grâce à la qualité de la membrane, l'excellent système de référence et aux deux diaphragmes.

## Préparation de l'électrode

Extraire, dévissant, le tube protecteur de stockage ⑤.

**Éliminer les bulles d'air à l'intérieur de la membrane ⑧. Pour les éliminer, secouer l'électrode comme s'il s'agissait d'un thermomètre médical.**

Extraire le bouchon de remplissage de l'électrolyte ③.

## Étalonnage

⚠ *Se référer au manuel du pH-mètre utilisé.*

## Mesurer. Recommandations

- On doit réaliser l'étalonnage et la mesure avec une légère agitation de l'échantillon, identique dans les deux cas.
- L'échantillon doit couvrir les diaphragmes ⑦.
- Après une mesure, nettoyer immédiatement l'électrode. Sécher avec un papier doux, seulement par contact, sans frottement.
- Entre chaque mesure, maintenir la membrane immergée dans une solution aqueuse. Le tube protecteur de stockage est le plus adapté.

⚠ *Ne jamais laisser l'électrode immergée dans de l'eau distillée.*

## Entretien

- Ajouter l'électrolyte périodiquement ④. Maintenir le niveau le plus haut possible.
- Maintenir propre la surface de la membrane ⑧. Bien protéger de coups et éraflures.
- Quand les électrodes deviennent sales, un simple nettoyage avec de l'eau distillée peut être insuffisant. La solution de nettoyage conseillée est celle qui agit de façon la plus sélective sur la saleté (consulter solutions régénératrices CRISON).
- **Rehydratation.** Une électrode sèche se récupère en l'immergeant dans la solution régénératrice CRISON, code 96 00, ou dans de l'HCl dilué pendant quelques heures. On recommande de lire l'information qui accompagne chaque solution régénératrice d'électrodes.

## Que faire quand...

... le pH-mètre indique toujours la même valeur.

Court-circuit dans l'électrode ou câble.

*Remplacer l'électrode.*

... la lecture est instable.

Présence de bulles d'air dans la membrane.

*Secouer l'électrode comme un thermomètre.*

... l'étalonnage s'avère impossible.

... la réponse de l'électrode est lente.

Saleté dans le diaphragme et / ou la membrane.

Membrane déshydratée.

Électrode vieillie par l'usage.

*Nettoyer, régénérer ou remplacer l'électrode.*

## Stockage

Placer le tube protecteur de stockage ⑤ rempli avec Crisolylt (KCl 3M) sur l'électrode.

Refermer l'orifice de remplissage ③.



### Durée de vie

«L'espérance de vie» moyenne d'une électrode de pH est d'un an. Ce temps peut varier en fonction des conditions de travail.

Une électrode utilisée plus de six mois, qui ne répond pas convenablement après avoir réalisé le traitement adéquat, doit être remplacée par une nouvelle électrode.

**⚠** Si la durée de l'électrode est inférieure à 3 mois, nous consulter. Il y a peut-être des modèles plus adaptés à votre application.

### Spécifications

Échelle de pH	0 ... 14
Temp. de travail	-10 ... 100 °C
Élément de référence	cartridge avec barrière à ions Ag <sup>+</sup>
Diaphragme	2, en céramique
Électrolyte	CRISOLYT
Matériau corps	verre
Immersion minimum	18 mm 

### Applications

Mesures en milieux aqueux en général.

Solutions contenant des sulfures.

Solutions contenant matériels de réduction.

Échantillons avec valeurs de pH > 12.

### Limitations

Solutions viscoses ou avec des particules colloïdales.

Eau distillée.

### Garantie

CRISON garantit les électrodes de pH contre les défauts de fabrication.

**Validité:** 6 mois après la date d'expédition.

**Limites:**

- Dommages accidentels.
- Applications inadéquates.
- Non-respect des recommandations.
- Usure normale de l'électrode

### CERTIFICAT DE QUALITÉ



L'électrode 50 14 ci-jointe a passé le test de qualité et accomplit les spécifications suivantes:

- Potentiel d'asymétrie < ± 15 mV.
- Sensibilité, pH 4...7 (à 25 °C) > 98%.
- Temps de réponse, pH 4...7 < 20 s.

## Introduction

The **50 14** is a high performance pH electrode. It improves the features of similar electrodes thanks to the membrane's quality, the excellent reference system and the two diaphragms.

## Electrode preparation

Remove, by unscrewing it, the storage protector containing electrolyte ⑤.

**Remove the air bubbles that are inside the membrane ⑧. They can be removed by shaking the electrode as a clinical thermometer.**

Remove the cap from the electrolyte filling port ③.

## Calibration

⚠ See pH-meter instruction manual.

## Measurements. Recommendations

- During calibration and measurement the buffers and the samples must be slightly stirred. The stirring speed should be identical in both cases.
- The sample must cover the electrode's diaphragms ⑦.
- After measurement, immediately rinse the electrode with distilled water. Dry it with soft tissue, only by contact, without rubbing.
- Between measurements the electrode's membrane should be immersed in aqueous solution. The most appropriate place is the storage protector with some electrolyte.

⚠ Do not leave the electrode immersed in distilled water.

## Maintenance

- Periodically refill the electrode with electrolyte. Maintain the level as high as possible ④.
- Maintain the membrane's surface clean ⑧. Protect it from friction or knocking.
- When an electrode gets contaminated, the simple rinsing with distilled water is not sufficient. The most suitable cleaning solution is one which acts in a more selective way over the contamination (look for CRISON regeneration solutions).
- **Re-hydration.** A "dry" electrode recovers by immersing it in CRISON cleaning electrode solution, code 96 00, or in diluted HCl solution for several hours. It is recommended to read the information supplied with the electrode's regenerating solutions.

## Troubleshooting

... always measures the same pH value.

Short circuit in the electrode or cable.

*Substitute the electrode.*

... unstable reading.

Air bubble in the membrane.

*Shake the electrode as a thermometer.*

... impossible to perform calibration.

... very slow response.

Dirt on the diaphragm or the membrane.

De-hydrated membrane.

Electrode ageing or wear.

*Clean, regenerate or substitute the electrode.*

## Storage

Place the electrode in the storage protector ⑤ with Crisolyt (KCl 3M).

Close the refilling port with the stopper ③.


### Life of an electrode

The average life expectancy of a pH electrode is approximately one year depending on the working conditions.

An electrode used for more than six months that does not respond appropriately after regeneration, must be replaced by a new one.

**⚠** *If an electrode has too short lifespan, less than three months, ask us about it. Probably there is a more suitable electrode for the application.*

### Specifications

pH measuring range	0 ... 14
Operating temp.	-10 ... 100 °C
Reference element	cartridge with Ag <sup>+</sup> ion barrier
Diaphragms	ceramic, 2
Electrolyte	CRISOLYT
Body material	glass
Min. immersion depth	18 mm 

### Applications

Aqueous samples in general.

Samples containing sulphides.

Samples with reducing substances.

Samples with pH > 12.

### Limitations

Viscous solutions or samples with colloids.

Distilled water.

### Warranty

CRISON guarantees this electrode against manufacturing defects.

**Validity:** 6 months from shipment date.

**Limitations:**

- Accidental damage.
- Inadequate applications.
- Non-fulfilment of the recommendations.
- Normal wear and tear of the electrode.



### QUALITY CERTIFICATE

The attached electrode 50 14 has passed the quality test and follows the next specifications:

- Asymmetry potential < ± 15 mV.
- Sensitivity, pH 4...7 (at 25 °C) > 98%.
- Response time, pH 4...7 < 20 s.



**CRISON INSTRUMENTS, S.A.**

Riera Principal 34 - 36  
08328 Alella BARCELONA  
SPAIN

**Service**

Tel.: +34 935 550 318  
Fax: +34 935 400 857  
E-mail: [service@crison.es](mailto:service@crison.es)



Tel.: +39 059 651 922  
Fax: +39 059 652 011  
E-mail: [crison@crison.it](mailto:crison@crison.it)

[www.crisoninstruments.com](http://www.crisoninstruments.com)