

Contenuto:

1 contenitore di alluminio con 100 strisce
 1 bottiglia di Cl₂-1 1 recipiente graduato con demarcazione a 5 ml
 1 bottiglia di Cl₂-2 1 cucchiaino misurino

Rango di misura:

1–100 mg/L

Intervalli della scala cromatica:

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L

Consigli di sicurezza:

Il reagente Cl₂-2 contiene piridina 25–44 % CAS 110-86-1 e cianuro di potassio 0,1–1 % CAS 151-50-8. **ATTENZIONE.** Etichettatura semplificata in conformità al Regolamento CLP, Allegato I, Sottosezione 1.5.2.1. Per informazioni dettagliate, richiedi una scheda di dati di sicurezza (o la scarichi da www.mn-net.com/MSDS)

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Indicazioni specifiche al test

Perché un test possa essere considerato riuscito il pH del campione deve essere < 10. Per questo si dovrà per prima cosa determinare il valore pH del campione (ad es. con pH-Fix 0-14, REF 921 10). Se il pH è > 10, aggiungendo gocce di acido solforico diluito, portare la soluzione ad un valore pH di 6-7.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquare il recipiente graduato con la soluzione da testare e riempirlo fino alla demarcazione dei 5 mL.
2. Aggiungere 1 misurino di Cl₂-1 (miscela tampone) al campione.
3. Aggiungere 5 gocce di Cl₂-2 al campione.
4. Agitare brevemente il campione.
5. Immergere immediatamente la striscia analitica nel campione.
6. Attendere 45 s.
7. Scuotere la striscia analitica.
8. Confrontare la striscia analitica entro 10 s con la scala di riferimento.

Interferenze:









Bromuro e ioduro, a partire da una concentrazione di 5 mg/L, portano ad un'attenuazione del colore. Concentrazioni maggiori provocano addirittura un'assenza della colorazione. Anche nitrito può portare, con un'attenuazione del colore, ad un risultato ridotto. Con un pH >10 la capacità del tampone applicato non basta più per ottenere un ottimale valore pH di 6–7. Per questo si consiglia di aggiustare, mediante aggiunta di gocce di acido solforico diluito, la soluzione da testare portandola ad un pH di 6–7.

Smaltimento:

In seguito all'analisi, le soluzioni utilizzate possono essere diluite con acqua di rubinetto e rilasciate nella canalizzazione per il successivo trattamento nell'impianto locale di depurazione delle acque reflue. Le strisce analitiche utilizzate possono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzinaggio non deve essere superiore ai +30 °C). In casa di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.



	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności		Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienummer / Codice articolo / Numer artykułu		Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkinginhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protéjase de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzinaggio / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		